

立会試験に使用する計測機器類

JIS受付番号 :

作成日 : 2025.4.1

JIS番号／JIS名称 :

JIS A 0000 : 2015／建築用〇〇材

分類	No.	対応する計測機器類No.		標準器の名称	型式、メーカー名、能力等	管理・識別番号	器物・製造番号	校正／社校／点検(使用時点検を除く)			校正の合格基準	外部委託機関名等	備考	JQA記載欄				
								校正／社校／点検	周期	直近実施年月								
標準器類	1	1, 2		基準ガラス温度計	0~50°C, ○○測定機	S-5	111222	校正／社内校／点検	3年	2024.9.3	±0.1°C	JQA	Jcss／体系図					
	2	3		基準直尺	1000mm : 0.2mm, JIS1級, ABC社	S-3	111333	校正／社内校／点検	3年	2024.9.3	±0.5mm	JQA	Jcss／体系図					
	3	4		基準分銅	5kg, M-3級, 日本△△	S-1	111444	校正／社内校／点検	3年	2024.9.3	±0.1%	JQA	Jcss／体系図					
	4	4		基準分銅	10kg, M-3級, 日本△△	S-2	111445	校正／社内校／点検	3年	2024.9.3	±0.1%	JQA	Jcss／体系図					
	5	8		基準重錘型圧力計	0.05~5MPa, K型, ○○測定機	S-6	111555	校正／社内校／点検	3年	2024.9.3	±0.2%	JQA	Jcss／体系図					
	6	7		ブロックゲージ	1~50mm, 16枚組, 口口計器	S-4	111666	校正／社内校／点検	3年	2024.9.3	JIS 0級	JQA	Jcss／体系図					
	7							校正／社内校／点検					Jcss／体系図					
	8							校正／社内校／点検					Jcss／体系図					
計測機器類	No.	JIS規格		引用規格		試験名称	計測機器類の名称	型式、メーカー名、能力等	管理・識別番号	器物・製造番号	校正／社校／点検(使用時点検を除く)			校正の合格基準	外部委託機関名等	備考	JQA記載欄	
		要求項目	試験項目	要求項目	試験項目						校正／社校／点検	周期	直近実施年月					
	1	4	8.1(1)			温度性能試験(屋外)	水銀温度計(水温, 気温)	0~100°C : 1/10°C, ○○計器	T-4	222111	校正／社内校／点検	1年	2024.10.3	±0.1°C			Jcss／体系図	
	2	4	8.2			温度性能試験(屋外)	水銀温度計(水温, 気温)	0~100°C : 1/10°C, ○○計器	T-5	222222	校正／社内校／点検	1年	2024.10.3	±0.1°C			Jcss／体系図	
	3	4	8.1(1)			性能試験(屋外)	コンベックス(有効面積)	5.5m : 1mm, JIS 1級, 口口計器	T-2	222333	校正／社内校／点検	1年	2024.10.3	±0.5mm			Jcss／体系図	
	4	4	8.1(1) 8.7.4(1)			熱性能試験 強度試験 本体	デジタル台秤(有効湯量) (乾燥砂重量用)	0~60kg : 20g, FV-60KWP, ○○測器	T-1	222444	校正／社内校／点検	1年	2024.10.3	±2%			Jcss／体系図	
	5	4	8.2 8.4(1)			熱性能試験 耐漏れ試験	ストップウォッチ	10h、0.01s, ○○測器	T-6	222555	校正／社内校／点検	1年	2024.10.3	±0.2%			Jcss／体系図	
	6	4	8.6(2)			熱性能試験	ストップウォッチ	10h、0.01s, ○○測器	T-7	222666	校正／社内校／点検	1年	2024.10.3	±0.2%			Jcss／体系図	
	7	4	8.5			耐空だき試験	マイクロメータ	0~25mm : 0.01mm, 口口計器	T-3	222777	校正／社内校／点検	1年	2024.10.3	±0.01mm			Jcss／体系図	
	8	4	8.3.1(2)			耐凍結性試験	圧力計(水用)	0~2 MPa, 0.1 MPa, 日本△△	T-8	222888	校正／社内校／点検	1年	2024.10.3	±1.6%			Jcss／体系図	
	9										校正／社内校／点検					Jcss／体系図		
	10										校正／社内校／点検					Jcss／体系図		
補助設備	No.	JIS規格		引用規格		試験名称	試験用設備類の名称	型式、メーカー名、能力等	管理・識別番号	器物・製造番号	校正／社校／点検(使用時点検を除く)			校正の合格基準	外部委託機関名等	備考	JQA記載欄	
		要求項目	試験項目	要求項目	試験項目						校正／社校／点検	周期	直近実施年月					
	1	4	8.3.1(2)			耐凍結性試験	制御盤温度制御器のタイマー	温度制御器, DCP51, ○○測器	H-5	333111	校正／社内校／点検	1年	2024.10.3	1カウント	T-6使用		Jcss／体系図	
	2	4	8.1(1)			熱性能試験(屋外)	方位磁石	和文オイル式, 75662, ○○測定機	H-2	—	校正／社内校／点検						Jcss／体系図	
	3	4	8.6(2)			熱性能試験	配管装置	呼び径20A以下	H-12	—	校正／社内校／点検						Jcss／体系図	
	4	4	8.6(2)			熱性能試験	給湯栓	JISB2061 横水栓 呼び径13A	H-9	—	校正／社内校／点検						Jcss／体系図	
	5	4	8.7.5			強度試験	角材	100mm□	H-6	—	校正／社内校／点検						Jcss／体系図	
	6										校正／社内校／点検						Jcss／体系図	
	7										校正／社内校／点検						Jcss／体系図	
	8										校正／社内校／点検						Jcss／体系図	
連絡事項																		