

合格証

依頼者	XXXXX
住所	XXXXX
品名	オージオメータ (JIS T 1201-1:2000 タイプ5)
型式	XXXXX
製造番号	XXXXX
製造者名	XXXXX
販売者名	XXXXXX
校正証明書番号	XXXXXXXXX
適用規格	JIS T 1201-1:2000の下記項目 (校正証明書に記載の内容に限る)
	音圧レベルの精度 (7.3項)
	周波数の精度 (6.1.2項)
	調整器の精度 (7.4.4項)
	高調波ひずみ (6.1.3項)
	検査音の断続 (7.6項)
	妨害音 (5.5項)

上記機器の校正結果を適用規格に基づき評価した結果、合格であることを証明します。

XXXX年XX月XX日

一般財団法人 日本品質保証機構
印