

## 規格解釈に関わる主な変更点

Point

リスクマネジメントファイルの作成

リスクマネジメントに基づいた**テストプラン** (試験計画書) の作成

## 試験に関わる主な変更点

Point

JIS C 61000-4-2 (静電気放電)

接触放電 : 6 kV → **8 kV**

間接放電 : 2, 4, 8 kV → 間接放電 : 2, 4, 8, **15 kV**

JIS C 61000-4-3

放射RF電磁界 周波数範囲 : 80 MHz – 2500 MHz → 80 MHz – **2700 MHz**

RF 無線通信機器からの近接電磁界のレベル : 【例】**28 V/m** (LTE、BTなど)

その他の変更: EFT/B試験、サージ、RF電磁界、電源周波数磁界、ディップ / 瞬停など